

C50



Désignation

Ensemble de genou dural avec étrier pour pilon. Le genou possède un verrou, et l'étrier est avec axe et siège pilote.

Destination

Articulation entrant dans la fabrication de prothèse endosquelettique du membre inférieur pour des patients d'activité moyenne d'un poids ne dépassant pas 75 kg.

Pièces détachées

	C50
Articulation de genou dural	
Rivet aluminium pour flasque	C5009

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ L'articulation de genou doit être utilisée suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

C50



Désignation

Ensemble de genou dural avec étrier pour pilon. Le genou possède un verrou, et l'étrier est avec axe et siège pilote.

Destination

Articulation entrant dans la fabrication de prothèse endosquelettique du membre inférieur pour des patients d'activité moyenne d'un poids ne dépassant pas 75 kg.

Pièces détachées

	C50
Articulation de genou dural	
Rivet aluminium pour flasque	C5009

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ L'articulation de genou doit être utilisée suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

C50



Designation

A duralium knee assembly with stirrup for a wooden leg. The knee has a lock and the stirrup has an axle and pilot seat.

Purpose

Articulation used for endoskeletal prostheses for lower limbs.

Spares parts

	C50
Duralium knee articulation	
Aluminium rivet for bearing plate	C5009

Restriction on use / Precautions for use

- ⤿ The knee articulation must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ⤿ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved orthoprosthesis depending on the conditions of use
- ⤿ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

Cleaning / Storage

- ⤿ Store the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ⤿ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the orthoprosthesis depending on the patient concerned

Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

N.B.: In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in; incomplete forms cannot be dealt with.

EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.

C50



Designation

A duralium knee assembly with stirrup for a wooden leg. The knee has a lock and the stirrup has an axle and pilot seat.

Purpose

Articulation used for endoskeletal prostheses for lower limbs.

Spares parts

	C50
Duralium knee articulation	
Aluminium rivet for bearing plate	C5009

Restriction on use / Precautions for use

- ⤿ The knee articulation must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ⤿ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved orthoprosthesis depending on the conditions of use
- ⤿ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

Cleaning / Storage

- ⤿ Store the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ⤿ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the orthoprosthesis depending on the patient concerned

Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

N.B.: In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in; incomplete forms cannot be dealt with.

EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.