

**F1020/F1040**

Tube carbone JAD



### Désignation

Tube carbone JAD de Ø 30 mm.

- ↪ F1020 : Longueur : 200 mm Poids : 56 g
- ↪ F1040 : Longueur : 400 mm Poids : 112 g

### Destination

Tube entrant dans la réalisation de prothèse endosquelettique du membre inférieur.

- ↪ Limite de poids : 136 kg

Compatible avec tous les adaptateurs tubulaire de Ø 30 mm.

### Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ Le tube carbone doit être utilisé suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

### Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

### Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabriquant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

### Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

**F1020/F1040**

Tube carbone JAD



### Désignation

Tube carbone JAD de Ø 30 mm.

- ↪ F1020 : Longueur : 200 mm Poids : 56 g
- ↪ F1040 : Longueur : 400 mm Poids : 112 g

### Destination

Tube entrant dans la réalisation de prothèse endosquelettique du membre inférieur.

- ↪ Limite de poids : 136 kg

Compatible avec tous les adaptateurs tubulaire de Ø 30 mm.

### Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ Le tube carbone doit être utilisé suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

### Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

### Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabriquant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

### Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

## F1020/F1040



JAD carbon tube

**Designation**

JAD carbon tube Ø 30 mm.

- ↪ F1020: Length : 200 mm Weight : 56 g
- ↪ F1040: Length : 400 mm Weight : 112 g

**Purpose**

Tube used for lower limb endokeletal prosthesis.

- ↪ Weight limit : 136 kg

Compatibility : all tubular adaptor Ø 30 mm.

**Restriction on use / Precautions for use**

- ↪ The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ↪ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the conditions of use
- ↪ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

**Cleaning / Storage**

- ↪ Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ↪ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned

**Guarantee**

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

*N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.*

**EC markings**

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.

## F1020/F1040



JAD carbon tube

**Designation**

JAD carbon tube Ø 30 mm.

- ↪ F1020: Length : 200 mm Weight : 56 g
- ↪ F1040: Length : 400 mm Weight : 112 g

**Purpose**

Tube used for lower limb endokeletal prosthesis.

- ↪ Weight limit : 136 kg

Compatibility : all tubular adaptor Ø 30 mm.

**Restriction on use / Precautions for use**

- ↪ The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ↪ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the conditions of use
- ↪ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

**Cleaning / Storage**

- ↪ Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ↪ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned

**Guarantee**

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

*N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.*

**EC markings**

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.