

Mise en place

Les articulations de la gamme NX sont prévues pour recevoir des inserts de stratification, permettant leur enrobage par matériau composite.

Pour le positionnement des articulations sur positif plâtré ou PU, nous vous conseillons de vous reporter à la notice ZNXFAB, spécialement étudiée pour faciliter leur mise en œuvre.

L'assemblage des inserts de stratification par vis, permet un démontage des articulations dans le cas où une réparation serait nécessaire, et ce, sans endommager la structure composite. Nous conseillons de vous reporter aux notices des articulations concernées pour l'assemblage des inserts. Ces vis de fixation doivent être montées au frein filet LOCTITE 243.

Les inserts disposent de formes échancrées prévues pour garantir une parfaite cohésion mécanique avec l'enveloppe composite.



Utiliser votre technique habituelle de stratification en veillant à protéger l'articulation avec de la plastiline.



Les inserts peuvent être modelés à froid pour épouser la courbure des condyles. Veiller à ne pas déformer la zone d'emboîtement avec l'articulation.

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ✓ Vérifier la présence de frein filet sur les vis de fixation des inserts.
- ✓ Une utilisation unilatérale de l'insert pourrait provoquer sa rupture. Il convient de les utiliser par paire.
- ✓ La constitution du drapage des plis reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste, selon l'activité du patient appareillé.
- ✓ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation.
- ✓ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié.

Entretien / Stockage

- ✓ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ✓ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabriquant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

M1014NXSTK/M1114NXSTK



M1014NXSTK

Désignation

Paire d'inserts de stratification.

- | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| ✓ M1014NXSTK : Série forte | Acier inoxydable | Section : 20 x 5 |
| ✓ M1114NXSTK : Série légère | Acier inoxydable | Section : 18 x 4 |

Destination

Inserts de stratification destinés à la confection d'orthèses de membres inférieurs.

Compatibilités

M1014NXSTK / section 20 x 5 mm

- ✓ Articulations de genou M10NX / M13NX / M16NX / M19NX
- ✓ Articulations de cheville L14NX

M1114NXSTK / section 18 x 4 mm

- ✓ Articulations de genou M11NX / M14NX / M17NX / M20NX
- ✓ Articulations de cheville L15NX

Mise en place

Les articulations de la gamme NX sont prévues pour recevoir des inserts de stratification, permettant leur enrobage par matériau composite.

Pour le positionnement des articulations sur positif plâtré ou PU, nous vous conseillons de vous reporter à la notice ZNXFAB, spécialement étudiée pour faciliter leur mise en œuvre.

L'assemblage des inserts de stratification par vis, permet un démontage des articulations dans le cas où une réparation serait nécessaire, et ce, sans endommager la structure composite. Nous conseillons de vous reporter aux notices des articulations concernées pour l'assemblage des inserts. Ces vis de fixation doivent être montées au frein filet LOCTITE 243.

Les inserts disposent de formes échancrées prévues pour garantir une parfaite cohésion mécanique avec l'enveloppe composite.



Utiliser votre technique habituelle de stratification en veillant à protéger l'articulation avec de la plastiline.



Les inserts peuvent être modelés à froid pour épouser la courbure des condyles. Veiller à ne pas déformer la zone d'emboîtement avec l'articulation.

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ✓ Vérifier la présence de frein filet sur les vis de fixation des inserts.
- ✓ Une utilisation unilatérale de l'insert pourrait provoquer sa rupture. Il convient de les utiliser par paire.
- ✓ La constitution du drapage des plis reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste, selon l'activité du patient appareillé.
- ✓ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation.
- ✓ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié.

Entretien / Stockage

- ✓ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ✓ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabriquant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

M1014NXSTK/M1114NXSTK



M1014NXSTK

Désignation

Paire d'inserts de stratification.

- | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| ✓ M1014NXSTK : Série forte | Acier inoxydable | Section : 20 x 5 |
| ✓ M1114NXSTK : Série légère | Acier inoxydable | Section : 18 x 4 |

Destination

Inserts de stratification destinés à la confection d'orthèses de membres inférieurs.

Compatibilités

M1014NXSTK / section 20 x 5 mm

- ✓ Articulations de genou M10NX / M13NX / M16NX / M19NX
- ✓ Articulations de cheville L14NX

M1114NXSTK / section 18 x 4 mm

- ✓ Articulations de genou M11NX / M14NX / M17NX / M20NX
- ✓ Articulations de cheville L15NX