

### Désignation

#### Embrasses.

- |         |                  |              |           |
|---------|------------------|--------------|-----------|
| ↪ O60 : | Sous-ischiatique | Grand modèle | Acier     |
| ↪ O61 : | Sous-ischiatique | Grand modèle | Aluminium |
| ↪ O62 : | Sous-ischiatique | Petit modèle | Acier     |
| ↪ O63 : | Sous-ischiatique | Petit modèle | Aluminium |
| ↪ O64 : | Sous-rotulienne  | Standard     | Acier     |
| ↪ O65 : | Sous-rotulienne  | Standard     | Aluminium |

### Destination

Ces embrasses sont destinées à maintenir les écarts des montants latéraux de la cuisse ou du mollet, aux dimensions corporelles de chaque patinet. Elles ont été utilisées dans la réalisation d'une prothèse ou d'une orthèse.

### Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ Les embrasses doivent être utilisées suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

### Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'ortho-prothésiste en fonction du patient à appareiller


### Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

### Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



### Désignation

#### Embrasses.

- |         |                  |              |           |
|---------|------------------|--------------|-----------|
| ↪ O60 : | Sous-ischiatique | Grand modèle | Acier     |
| ↪ O61 : | Sous-ischiatique | Grand modèle | Aluminium |
| ↪ O62 : | Sous-ischiatique | Petit modèle | Acier     |
| ↪ O63 : | Sous-ischiatique | Petit modèle | Aluminium |
| ↪ O64 : | Sous-rotulienne  | Standard     | Acier     |
| ↪ O65 : | Sous-rotulienne  | Standard     | Aluminium |

### Destination

Ces embrasses sont destinées à maintenir les écarts des montants latéraux de la cuisse ou du mollet, aux dimensions corporelles de chaque patinet. Elles ont été utilisées dans la réalisation d'une prothèse ou d'une orthèse.

### Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ Les embrasses doivent être utilisées suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

### Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'ortho-prothésiste en fonction du patient à appareiller

### Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

### Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.