

1	Molette M6 L10	V30-610
	Molette M8 L20	V30-820

### Compatibilités

- Les supports de repose-pieds sont compatibles avec l'intégralité des pièces JANTON de même section
- Les supports de repose-pieds se fixent sur tous types de plateaux

### Mise en place

La coulisse se fixe sur un support à l'emplacement désiré.

### Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Les supports de repose-pieds doivent être utilisés suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- Les supports de repose-pieds doivent être utilisés dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié
- Veillez informer les utilisateurs et le patient de l'emploi du produit

### Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

### Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*


### Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

**Groupe G2M**

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com  
www.groupe-g2m.com




### Désignation

Paire de supports repose-pieds.

Dimensions (en mm)	Modèle		
	T90-C114-0	T90-C114-1	T90-C114-2
A	200	384	384
B	300	384	384
C	100	350	350
D	∅ 12	∅ 12	∅ 16
E	∅ 8	∅ 12	∅ 16

### Destination

Adjonction entrant dans la réalisation de coque de maintien du corps pour patient atteint de paralysie cérébrale.



1	Molette M6 L10	V30-610
	Molette M8 L20	V30-820

### Compatibilités

- Les supports de repose-pieds sont compatibles avec l'intégralité des pièces JANTON de même section
- Les supports de repose-pieds se fixent sur tous types de plateaux

### Mise en place

La coulisse se fixe sur un support à l'emplacement désiré.

### Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Les supports de repose-pieds doivent être utilisés suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- Les supports de repose-pieds doivent être utilisés dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié
- Veillez informer les utilisateurs et le patient de l'emploi du produit

### Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

### Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*


### Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

**Groupe G2M**

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com  
www.groupe-g2m.com



### Désignation

Paire de supports repose-pieds.

Dimensions (en mm)	Modèle		
	T90-C114-0	T90-C114-1	T90-C114-2
A	200	384	384
B	300	384	384
C	100	350	350
D	∅ 12	∅ 12	∅ 16
E	∅ 8	∅ 12	∅ 16

### Destination

Adjonction entrant dans la réalisation de coque de maintien du corps pour patient atteint de paralysie cérébrale.